	<b>REHBER</b>	Doküman No:	AKR-Rh-008
	<b>HAK Helal Akreditasyon Markalı Deney Raporlarına İlişkin Rehber</b>	Yayın Tarihi:	13.07.2021
		Revizyon Tarihi/No:	13.07.2021/Rv00
		Sayfa No:	1/3

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu rehberin amacı, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş Helal Uygunluk Alanında Deneyler Yapan Laboratuvarlara verilecek HAK Helal Akreditasyon Markasının kullanım ve izlenebilirliğine yönelik esasları belirlemektir.

Bu rehber, HAK Helal Akreditasyon Markasının kullanım şartlarına ilaveten akredite laboratuvarların düzenleyeceği deney raporlarının “OIC/SMIIC 35: 2020 Uygunluk Değerlendirmesi- Helal Uygunluk Alanında Deneyler Yapan Laboratuvarların Yeterliliği için Genel Gereklilikler” Standardına uygun olarak hazırlanmasına yönelik esasları da kapsamaktadır.

## 2. HAK HELAL AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

HAK tarafından akredite edilen laboratuvarlar, HAK’ın Helal Akreditasyon Markasını müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın yetkisiz kullanımını engelleyecek prosedür ve politikalara sahip olmalıdır.

HAK, HAK Helal Akreditasyon Markası taşıyan deney sonuçlarının doğruluğuna ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

HAK Helal Akreditasyon Markası, akreditasyon kapsamındaki deney faaliyetleri için HAK’ın sorumluluğu üstüne aldığı ima edecek şekilde kullanılmamalıdır. Laboratuvarlara verilen HAK Helal Akreditasyon Markası deneye tabi tutulmuş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek şekilde de kullanılmamalıdır.

Şayet laboratuvar, farklı bir uygunluk değerlendirme alanı için HAK'tan akredite olmuş bir yapıyı da içeren bir tüzel kişiliğin parçası ise, bahse konu tüzel kişiliğin diğer parçalarının düzenleyeceği helal uygunluk değerlendirme çıktılarında (personel belgesi, helal ürün uygunluk sertifikası vb.) yalnızca ilgili HAK Helal Akreditasyon Markasını kullanmalıdır.


HAK tarafından akredite edilmiş bir laboratuvarın başka bir akreditasyon kuruluşundan da aynı faaliyet alanı için akredite olmuş olması halinde, farklı akreditasyon markalarının kullanımı için geçerli olan kurallar “AKR-Rh-005 HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberinde” tanımlandığı gibidir.

## 3. DENEY RAPORLARINDA MARKA KULLANIMI VE ATFI

Helal akreditasyon kapsamındaki deney metotlarından herhangi birine ait sonuç içermeyen deney raporlarında HAK Helal Akreditasyon Markası kullanılamaz, HAK akreditasyonuna atıfta bulunulamaz.

Helal akreditasyon kapsamındaki sonuçlar için hazırlanmış deney raporu örnekleri/şablonları, akredite deney metotlarından herhangi birine ait sonuç içermeyen deney raporları için kullanıldığında bunlardan HAK Helal Akreditasyon Markası ve HAK Akreditasyonuna ilişkin atıflar çıkarılmalıdır.

HAK Helal Akreditasyon Markasının, helal akreditasyon kapsamındaki deney metotlarına ait olmayan sonuçlar da içeren deney raporlarında kullanılması halinde, akredite kuruluşlar düzenledikleri raporun kapak sayfasına akreditasyon kapsamında olan deney metotlarının

	<b>REHBER</b>	Doküman No:	AKR-Rh-008
	<b>HAK Helal Akreditasyon Markalı Deney Raporlarına İlişkin Rehber</b>	Yayın Tarihi:	13.07.2021
		Revizyon Tarihi/No:	13.07.2021/Rv00
		Sayfa No:	2/3

akreditasyon kapsamında olmayan metotlardan ayırt edilmesini sağlayan bir dipnot/uyarı eklemelidir. Dipnotla işaretli deneylerin akreditasyon kapsamında olmadığı açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir. Buna bağlı olarak deney raporunun iç sayfalarında da akreditasyon kapsamında olan sonuçlar ile akreditasyon kapsamında olmayan sonuçların açıkça ayırt edilmesini sağlayacak işaretlemeler/uyarılar yapılmalıdır.

Laboratuvarlar, yayımladıkları HAK Helal Akreditasyon Markalı raporlarında görüş veya yorum bildirebilirler. Bu hallerin akreditasyon kapsamı dâhilinde olmadığı durumlarda, HAK Helal Akreditasyon Markasının veya bildirilen görüşün hemen yanına “Hakkında görüş verilen/yorum yapılan sonuçlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir” gibi açıklayıcı bir dipnot/uyarı düşülmelidir.

Laboratuvarlar, HAK Helal Akreditasyon Markasını akreditasyon statüsüne ilişkin yanıtıcı bilgi verecek ve/veya yetkisizlik teşkil edecek şekilde kullanamaz. Bu minvalde laboratuvarların HAK Helal Akreditasyon Markasının yetkisiz/yanıtıcı surette kullanımını engelleyecek dokümanite edilmiş prosedür ve politikalara sahip olması ve bu prosedür ve politikaların talep edilmesi halinde HAK’a sunulması gerekmektedir.


Laboratuvarların burada temel hatları çizilen marka ve helal akreditasyon statüsü kullanım kurallarına uymamaları halinde “AKR-Rh-005 HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberinde” ve ilgili ulusal mevzuatta tarif edilen tedbirler HAK tarafından alınır.

#### **4. DENEY RAPORLARI İÇİN TEMEL ŞEKİL ŞARTLARI**

HAK tarafından akredite edilen bir laboratuvar tarafından düzenlenen deney raporlarının taşınması gereken şartlar OIC/SMIIC 35:2020 Standartta ve bu Standartta atıfta bulunulan diğer normatif dokümanlarda yer almaktadır.

Buna ilaveten, akredite deney faaliyetlerinin sonuç raporlarında yanlış anlamlara sebebiyet verme veya hatalı kullanım ihtimallerini en aza indirmek amacıyla bahse konu raporlarda aşağıda yer alan asgari bilgiler ve işaretlemeler yer almalıdır:

- Başlık (Deney Raporu)
- Deney raporunun numarası (bütün sayfalarda)
- Deney raporunun toplam sayfa sayısı ve sayfa numaraları
- HAK tarafından akredite edildiği bilgisi ve akreditasyon numarası
- Laboratuvara verilen HAK Helal Akreditasyon Markası
- Laboratuvarın açık adı ve adresi
- Deney faaliyeti şayet laboratuvarın kendi adresinden farklı bir lokasyonda yapıldıysa bu yerin açık adresi
- Müşterinin (rapor sonuçlarını kullanacak olan taraf) adı ve adresi
- Deneyi yapılan numunenin laboratuvara kabul tarihi
- Deneyi yapılan numunenin açık tanımı
- Deneyin yapıldığı tarih ile deney raporunun onaylandığı tarih
- Kullanılan metotların açık bir tanımı

	<b>REHBER</b>	Doküman No:	AKR-Rh-008
	<b>HAK Helal Akreditasyon Markalı Deney Raporlarına İlişkin Rehber</b>	Yayın Tarihi:	13.07.2021
		Revizyon Tarihi/No:	13.07.2021/Rv00
		Sayfa No:	3/3

- Deney raporunu imzalayan-onaylayan personellerin adları, görevleri ve imzaları veya bunlara eş değer tanıtıcı bilgiler (ıslak imza veya hukuki sonuçları elle atılan imza ile eşdeğer olan güvenilir elektronik imza vb. yöntemler kullanılabilir)
- Deney sonuçları ölçüm birimleri (uygulanabilir hallerde)
- Deneylerin yapıldığı ortam şartları (ölçüm sonuçları için önemliyse)
- Deney raporunun laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmi olarak kopyalanıp çoğaltılamayacağına ve belirli bölümlerin rapordan çıkarılarak kullanılmayacağına dair beyan
- İmzasız deney raporlarının geçersiz olduğuna dair beyan
- Sonuçların sadece deneyi yapılan numune ile ilgili olduğunu belirten bir beyan
- Deney sonuçlarının geçerliliği ve uygulanması ile ilgili olmaları durumunda, laboratuvar veya diğer kuruluşlar tarafından kullanılan numune alma planına ve yöntemine dair referans
- Deney metoduna eklemeler, metottan sapmalar veya hâriç tutmalar (mevcutsa)
- Sonuçların dış tedarikçilerden gelmesi durumunda bu durumun açık ifadesi

Yukarıda sayılan tüm bu bilgilere ilaveten, deney sonuçlarının yorumlanması gerekli olduğu durumlarda akredite deney raporları aşağıdaki bilgileri de içermelidir:

- Varsa, deney metodundan sapmalar
- Ölçüm belirsizliği (gerekli hallerde)
- Varsa, özel deney şartlarla ilgili bilgiler (çevresel şartlar gibi)
- Elde edilen sonuçların şartnamelere uygunluk/uygunsuzluk durumunun beyanı (gerekli hallerde)
- Özel yöntemler, yetkililer, müşteriler veya müşteri gruplarınca gerekli kılınabilecek ek bilgiler